

市属高校分类发展-服务首都、追求卓越，打造未来领军人才培养新范式-

进口产品更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000023210200059186-XM001

原公告的采购项目名称：市属高校分类发展-服务首都、追求卓越，打造未来领军人才培养新范式-进口产品

首次公告日期：2023年09月28日

地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjzfcggg/sjzbgg/t20230928_1537392.html

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

（一）第五章采购需求，二、技术参数，更正为：

序号	设备名称	技术参数
1	稳频氦氖激光器	稳频氦氖激光器：激光频率稳定性应达到小于±1MHz/±1MHz/±10MHz（时间段 1h/8h/1Month）。 幅度噪声(30Hz -10MHz) <0.1%。 光束发散(TEM00) : 1.5mrad。
2	隔离器	隔离器：隔离度 25dB，光回射的最大允许值小于相对光强的 1×10^{-4} 。

（二）第四章评标方法和评标标准，技术响应（60分），更正为：

技术响应 (60分)	投标人对采购需求“二、技术参数”的响应情况，全部满足要求可得满分60分。 共4条指标，每有一项不满足，扣15分，扣完为止。 注： ①响应技术参数时，需提供有效的证明材料（指检测机构出具的检测报告或生产厂家产品技术文件或生产厂家产品彩页），未提供证明材料或提供的证明材料无法支撑的，评标委员会有权不予以认可。 ②所有要求提供证明材料的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置。
---------------	---

	<p>③证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准。</p> <p>④因未在《采购需求偏离表》注明证明资料具体位置或位置不准确(如页码或序号)导致评审不得分的,由投标人自行承担由此产生的一切后果。</p>
--	---

(三) 获取招标文件时间,更正为:即日起至 2023 年 10 月 27 日(注:已获取招标文件的潜在供应商有效)

(四) 提交投标文件截止时间、开标时间,更正为: 2023 年 11 月 6 日 9 点 00 分(北京时间)。

(五) 提交投标文件地点,更正为: 北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北搪商务大厦 11 层 1115 室。

(六) 其他事项不变。

更正日期: 2023 年 10 月 16 日

三、其他补充事宜

招标文件编号: ZTXY-2023-H22628。

四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 北京工业大学

地 址: 北京市朝阳区平乐园 100 号

联系方式: 席老师、李老师, 010-67392339

2. 采购代理机构信息

名 称: 中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司

地 址: 北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北搪商务大厦 11 层 1103 室

联系方式: 王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧, 010-51908151

3. 项目联系方式

项目联系人: 王文姣、王师安、于海龙、成志凯、张静、鲁智慧

电 话: 010-51908151